

SCHEMA VOOR PROEF-PROGRAMMA

DAG	TIJDSTIP	PROGRAMMA	INSTELLING (AANTAL GROENE LAMPJES)

- De pijn wordt mogelijk niet onmiddellijk verlicht
- Wanneer u voldoende verlichting van de pijn krijgt, brengt u geen verdere veranderingen aan, tenzij u hiertoe opdracht krijgt
- Als de pijn niet wordt verlicht, voert u de verschillende programma's volgens de aanwijzingen uit
- Vergewis u ervan dat het lampje op de voorkant van de proefstimulator knippert

Voor vragen over het apparaat belt u: _____

VOOR MEER INFORMATIE OVER HF10-THERAPIE, KUNT U MET UW NEVRO- VERTEGENWOORDIGER PRATEN.

Niet alle patiënten reageren op dezelfde manier op ruggenmergstimulatie (SCS, spinal cord stimulation) en de ervaring kan van persoon tot persoon wisselen. Patiënten moeten een arts raadplegen om de mogelijke voordelen en risico's van een behandeling met SCS te begrijpen.

CE
0086 Met ingang van
4 mei 2010

USA

EC REP

MDSS GMBH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover,
Duitsland

Australische sponsor:
Emergo Asia Pacific Pty Ltd
201 Sussex Street, Darling Park,
Tower II, Level 20
Sydney, NSW 2000
Australië



Nevro Corp.

4040 Campbell Avenue, Suite 210
Menlo Park, CA 94025, VS
www.nevro.com
Tel. +1.650.251.0005
Gratis 1.888.956.3876

Senza, HF10, Nevro en het Nevro-logo zijn handelsmerken van Nevro Corp.
© 2015 Nevro Corp. Alle rechten voorbehouden.
2015051-DUT Rev. A